

# Катод для ячейки 2G



Катод для ячейки 2G

## Технические характеристики

| Изделие / исполнение                  | Катод для ячейки 2G                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Размещение запаса                     | Склад лаборатории, Санкт-Петербург                |
| Количество на дату перечня            | 6 шт.                                             |
| Дата сведений о наличии               | 29.09.2026                                        |
| Подтверждённые сведения об исполнении | Для ячейки 2G течеискателей Alcatel / Adixen ASM. |

## Комплектование и обслуживание вакуумного оборудования

Катод для ячейки 2G

Для ячейки 2G течеискателей Alcatel / Adixen ASM.

Комплектность конкретного экземпляра фиксируем в техническом предложении.

## Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

## Назначение и принцип работы

Компонент выбирают для конкретного прибора или системы с учётом назначения и конструкции. Внешнее сходство не подтверждает совместимость. Сервисные узлы, фильтры и электрические детали имеют разные критерии подбора.

## Как подобрать исполнение

Сверьте обозначение компонента, модель основного оборудования, размеры и присоединения. Для электрических деталей уточняют распиновку и питание; для фильтров — среду, проход и обслуживание. Подбор замены требует проверки документации и фактического узла.

## Монтаж и обслуживание

Перед заменой отключите оборудование и приведите систему в безопасное состояние по руководству. После установки проверьте герметичность, электрические соединения и рабочие режимы. Зафиксируйте заменённую деталь и результаты проверки.

## Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

## Связанные исполнения

- ULVAC WP-01
- ULVAC IS-BA1
- CBVAC · адсорбционная ловушка 25
- Защитный кофр для ZQJ
- Щуп для масс-спектрометрического течеискателя · 5 м

## Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Страница изделия: <https://leaklab.ru/stock/spec/lab-3c6beb68c0ea/>